

19/04/2020
 מס' 012086.20

לכבוד:
 מאיר זהאן
 הילה פארמה
 דוא"ל: meird1964@gmail.com

תעודה מס' 012086.20 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 028536.20-M - 028537.20-M
 נדגם ע"י: הלקוח
 מקום הדיגום: --
 תאריך דיגום: --
 תאריך קבלה: 06/04/2020
 תחילת בדיקה: 06/04/2020
 סיום בדיקה: 12/04/2020
 טמפ' אחסון: N/R

שם הבדיקה:

בדיקת אויר - Settle Plates

הערות כלליות:

צלחות אוויר TSA, אצווה: 9319154, פג תוקף: 02.06.2020

אסמכתאות:

- כל צלחות ה-TSA היו באינקובציה בטמפרטורה של 30-35 מעלות צלזיוס לזיהוי חיידקים ועובשים.
- נוהל אמינולאב מספר: 50WI143 ניטור אויר ומשטחים של מיקרואורגניזמים חיים.

תוצאות הבדיקה:

מס. אמינולאב	תאור הדגימה	סך המיקרואורגניזמים הארוכים	עובשים
		CFU/plate	CFU/plate
028536.20-M	צלחת דיגום אוויר - חדר 4x2 - בלי חומר	24	0
028537.20-M	צלחת דיגום אוויר - חדר 4x3 - עם חומר	0	0
הערות לבדיקות:			-

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות

אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה/ הכרה
בדיקת אויר - Settle Plates	SOP# 50.WI.143	(-)



חתימה:



אושר ע"י: דר' הלנה אשכנזי-מנהלת המחלקה

19/04/2020
מס' 012086.20

מס' אמינולאב: 028536.20-M - 028537.20-M

הסמכות / הכרות:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
(-) = אין הסמכה ואין הכרה.



חתימה:



אושר ע"י: דר' הלנה אשכנזי-מנהלת המחלקה

דף 2 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצויינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

* סוף תעודת הבדיקה *